

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
QUỐC TẾ VIHAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2304/2026/PLB-VH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026



BẢN KẾT QUẢ PHÂN LOẠI THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI B

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Bộ Y tế về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Chúng tôi phân loại thiết bị y tế như sau:

TT	Tên thiết bị y tế	Chủng loại/ mã sản phẩm	Hãng, nước sản xuất	Hãng, nước chủ sở hữu	Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu	Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro	Mức độ rủi ro được phân loại
1	Kim luồn dưới da tiết trùng	Theo phụ lục	Theo phụ lục	Dongwoo M Techno Co., Ltd, Hàn Quốc	Vivaro Cannula là loại kim đầu tù độ chính xác cao, sử dụng một lần, được thiết kế cho các thủ thuật thẩm mỹ liên quan đến tiêm trong da và dưới da.	Quy tắc 6, phần II, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT	TBYT loại B

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
thực hiện phân loại
(Ký tên, ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký



GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Bắc

PHỤ LỤC: BẢNG KÊ CHI TIẾT THIẾT BỊ Y TẾ

STT	TÊN THIẾT BỊ Y TẾ	CHUNG LOẠI	MÃ SẢN PHẨM	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI (Nếu có)	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ SẢN XUẤT	NƯỚC SẢN XUẤT
1	Kim luân dưới da tiết trùng	DUB01 DUB12 DUB39 DUB44 DUB57 DUB72 DUB75 DUB85 DUB06 DUB37 DUB43 DUB56 DUB71 DUB73 DUB76			Dongwoo M Techno Co., Ltd	208, 209, Techno zone, 117, Hwanggeum-ro, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do	KOREA, REPUBLIC OF

